

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 01

Trata-se de pedido de esclarecimento, encaminhado por e-mail, na data de hoje, pela empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO**, requerendo os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 01:

1) item com teclado alfa numérico retroiluminado não retrátil;
Será aceito com teclado alfa numérico retroiluminado não retrátil ou retrátil?

Resposta:

As especificações contidas no Termo de Referência são as mínimas exigidas e serão aceitos os objetos que forem compatíveis ou superiores aos exigidos neste edital, sendo assim, conforme contato com o Setor Solicitante, informo que por ser mais moderno **poderá ser aceito teclado retrátil** mas, que o mesmo deverá ser retroiluminado.

Itapagipe/MG, 15 de setembro de 2022.

Tiago Viana Santos
Pregoeiro