

Itapagipe/MG, 02 de fevereiro de 2023.

### **Resposta a pedido de esclarecimento**

Trata-se de pedido de esclarecimento, encaminhado por e-mail, na data de 01 de fevereiro de 2023, pela empresa **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA**, requerendo os seguintes esclarecimentos:

#### **1.1 ASSINATURA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA**

Em alguns pontos o edital solicita documentos com reconhecimento de firma.

**Questionamento:** conforme é sabido, hoje em dia a assinatura digital vem substituindo o reconhecimento de firma em documentos, devido a sua autenticidade e fácil verificação de veracidade. Desta forma, gostaria de saber se serão aceitos documentos assinados digitalmente, por meio de certificado digital, em substituição ao reconhecimento de firma?

**Resposta:** Sim. Serão aceitos documentos assinados digitalmente.

#### **1.2 QUANTO AO ITEM 7.9.2, ALINEA F, DO EDITAL**

O edital solicita: Atestado de visita técnica, fornecido pela Prefeitura Municipal de Itapagipe/MG, de que o licitante tomou conhecimento dos equipamentos odontológicos.

Questionamento: o edital em questão possui apenas equipamentos hospitalares e não odontológicos. Dessa forma, gostaríamos de questionar se é necessário a visita técnica mencionada no item supra citado?

**Resposta:** Diante de tal questionamento, foi verificado erro material de digitação, o correto seria “manutenção em equipamentos hospitalares” e sim é obrigatória a visita técnica.

#### **1.3 - QUANTO A CLAUSULA 11, ITEM 11.1, DO EDITAL**

**O edital solicita:**

“11.1.- A entrega dos materiais deverá ser a data comunicada pela ordem de fornecimento, não sendo aceito prazo maior de tolerância para que o andamento dos serviços da Administração não se comprometa.

11.1.1 - A Empresa se comprometerá a atender a solicitação da **entrega dos medicamentos** na CIDADE DE ITAPAGIPE responsabilizando-se com possíveis despesas para cumpri-la.”

**Questionamento:** nesse ponto do edital, como também em alguns outros, nós vimos que cita o objeto como ‘medicamento’. Porém, como o objeto desse edital é prestação de serviços em

equipamentos médicos, questionamos qual o prazo aceito para o início da execução dos serviços, após solicitado pelo setor competente? Podemos considerar o prazo de 48 horas mencionado no termo de referência?

**Resposta:** Diante de tal questionamento, considerado erro material de digitação o correto seria “manutenção em equipamentos hospitalares”. Sim pode considerar o prazo de 48 horas mencionado, para a execução dos serviços.

#### **1.4 – DO ITEM 18.10 E DA CLAUSULA 19 – RESCISÃO CONTRATUAL – DO EDITAL**

Novamente o edital está trazendo pontos tratados de um processo de aquisição e fornecimento de medicamentos. Como o item 18.10 e a clausula 19 trata dos pontos de rescisão contratual, gostaríamos de saber se permanecem a mesma, mesmo que o objeto do edital seja diferente?

**Resposta:** Diante de tal questionamento, considerado erro material de digitação o correto seria “manutenção em equipamentos hospitalares”. Seriam apenas questões pontuais de interpretação.

Onde se Lê: “A não entrega total ou parcial dos medicamentos enseja a rescisão do contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei”

Leia-se: “A não execução total ou parcial dos serviços enseja a rescisão do contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei”

#### **1.5 – DO ITEM 2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Novamente o edital está trazendo pontos tratados de um processo de aquisição e fornecimento de medicamentos. Como o item 18.10 e a clausula 19 trata dos pontos de rescisão contratual, gostaríamos de saber se permanecem a mesma, mesmo que o objeto do edital seja diferente?

O termo de referência, no item 2.1 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, descreve os serviços destinados para cada equipamento. Porém, nos itens 31 – Concentrador de oxigênio, 32 – Laringoscópio, 33 – Laserterapia, 42 – Monitor Multiparamétrico e 43 – Oftalmoscópio, não é mencionado os serviços a serem propostos.

**Resposta:** Diante de tal questionamento, considerado erro material de digitação o correto seria “manutenção em equipamentos hospitalares”; esclarecemos que:

a – Concentrador de oxigênio – calibração;

b – Laringoscópio – calibração;

c – Laserterapia – calibração;

d – Monitor Multiparamétrico – calibração;

e – Oftalmoscópio - manutenção preventiva.

**Tiago Viana Santos**  
**Pregoeiro**